

چک لیست موسسه ارتوپدی فنی

۲۲

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

آدرس پستی و منطقه شهرداری:

تاریخ و ساعت بازدید:

تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری:

تاریخ اعتبار پروانه مسئول فنی:

تلفن ثابت و همراه دارنده مجوز:

محور	عنوان	شاخص اندازه گیری					روش ارزیابی	توضیح
		۰	۱	۲	ضریب	امتیاز		
مجوز	کارشناس ارتوپدی فنی دارای پروانه معتبر مسئول فنی می باشد.				۴		مشاهده	پروانه معتبر کارشناس ارتوپدی فنی
	پروانه بهره برداری معتبر است.				۴		مشاهده	
نیروی انسانی آموزش ، اطلاع رسانی	مسئول فنی در زمان بازدید حضور دارد .				۳		مشاهده	حضور مسئول فنی در زمان فعالیت موسسه
	افراد فاقد صلاحیت در مرکز فعالیت نمی نمایند.				۲		مشاهده	مشاهده فعالیت افراد بدون داشتن مدرک مرتبط در خصوص ارتوپدی فنی
	اندازه ، تعداد و عناوین تابلو استاندارد می باشد.				۲		مشاهده	حداکثر ۳ تابلو، اندازه تابلو حداکثر ۷۰ در ۱۰۰ با ذکر نام موسسه
	اخذ شرح حال و تشکیل پرونده برای بیماران صورت می گیرد				۲		مشاهده	تشکیل پرونده برای مددجویان با مهر و امضای کارشناس ارتوپدی فنی
	ساختار فیزیکی منطبق بر آخرین پلان و تایید شده توسط معاونت درمان دانشگاه می باشد				۱		مشاهده	مقایسه ساختار فیزیکی کنونی با نقشه تایید شده فضای فیزیکی در زمان تاسیس مرکز
پیشگیری و بهداشت	کف اتاق قالب گیری و کارگاه گچ دارای سیستم زهکشی مناسب است				۲		مشاهده	وجود سیستم زهکشی مناسب در کف اتاق قالب گیری و کارگاه گچ
	وضعیت نور ، تهویه و سیستمهای برودتی/حرارتی و نظافت موسسه، مناسب می باشد				۱		مشاهده	وجود نور کافی و تهویه مطلوب در موسسه- وجود سیستم سرمایش و گرمایش مناسب
	پرسنل حین کار از روپوش مناسب و ماسک و عینک محافظ استفاده می کنند .				۲		مشاهده	
دارو و تجهیزات	کپسول اطفاء حریق (با شارژ معتبر) وجود دارد				۲		مشاهده و بررسی	وجود یک کپسول آتش نشانی ۴ کیلوگرمی با شارژمعتبر به ازاء هر ۵۰ متر مربع
	تجهیزات اتاق معاینه مطابق استاندارد است .				۲		مشاهده	پارالل ، آینه قدی ، پله تمرینی ،جعبه کمک های اولیه ،تخت و صندلی ،روشویی و شیر آب ،پارافین ،ترازو ،متر نواری ،فرم ها و چارت های اندازه گیری بريس ،سطل آب و وسایل اندازه گیری ،تخته های اندازه گیری کوتاهی
	تجهیزات کارگاهی کارگاه گچ و قالب گیری مطابق استاندارد است .				۲		مشاهده	شامل ظرف آب مناسب برای پر کردن قالب نگاتیو ، گچ ساب در اشکال مختلف ، توری فلزی ، اسپاچولا ، گیره قالبهای گچی، میله
	دستگاه های سمباده مجهز به سیستم ساکشن می باشند				۲		مشاهده	وجود ساکشن جهت دستگاههای سمباده
	ابزار و تجهیزات کارگاه ارتز مطابق استاندارد است .				۲		مشاهده	اره عمودبر ، دریل ، کوره ، دستگاه خلأ ، ابزارهای دستی شامل: انبرقفلی، آچار فرمان، چکش، انبردست، مته، پیچ و مهره و ... ، میز کار

مناسب ، سشوار کارگاهی ، چرخ دور دوز									
ابزار و تجهیزات کارگاه پروتز مطابق استاندارد است .	مشاهده	۲							
دستگاه ساکشن ، اتو ، مته بادی ، دستگاه الایمنت (تنظیم راستا) ، کوره مناسب ف مواد اولیه شامل: رنگ، رزین، سیلیکون، هاردینر و ...)	مشاهده	۲							
جعبه کمک های اولیه وجود دارد .	مشاهده	۲							
مشاهده نصب دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پروانه های معتبر و ساعت فعالیت ، در معرض دید مراجعین نصب می باشند	مشاهده	۱							
دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات نصب می باشد.	مشاهده	۱							
پروانه های معتبر و ساعت فعالیت ، در معرض دید مراجعین نصب می باشند	مشاهده	۱							
اصول محرمانگی ، حریم خصوصی و الزامات طرح انطباق رعایت می گردد.	مشاهده	۱							
اقدامات غیرمجاز در موسسه انجام نمی شود.	مشاهده	۲							
تبلیغات غیر مجاز و یا گمراه کننده وجود ندارد.	مشاهده	۲							
تبلیغات غیر مجاز و یا گمراه کننده وجود ندارد.	مشاهده	۲							
تعرفه های مصوب ابلاغی ، رعایت می گردد.	مشاهده و بررسی	۲							
تعرفه های مصوب ابلاغی در معرض دید بیماران نصب است	مشاهده	۱							

رعایت حقوق گیرندگان خدمت

تعرفه

ایرادات مشاهده شده :		نظریه کارشناس
پیشنهاد اصلاحی و مداخلات قابل اجرا:		
ضمن دریافت یک رونوشت از گزارش متعهد می شوم ظرف مدتنواقص تذکر داده شده طبق مفاد چک لیست فوق را برطرف نموده و گزارش اقدامات اصلاحی را به صورت مکتوب به معاونت درمان دانشگاه ناظر تحویل دهم .		
نام و نام خانوادگی بازدید شونده:	امضا و مهر	
نام و نام خانوادگی کارشناس بازدید کننده :	امضا (ها)	