

# چک لیست کشوری دفتر کار ارزیابی شناوی

۱۷

مدرک تحصیلی دارنده مجوز دفتر کار:  
شماره عضویت سازمان نظام پزشکی:  
آدرس پستی و منطقه شهرداری:

تاریخ اعتبار مجوز دفتر کار:  
 PHD  
شماره مجوز:

نام و نام خانوادگی دارنده مجوز دفتر کار:  
 کارشناس ارشد  
کد ملی دارنده مجوز:  
تلفن ثابت و همراه دارنده مجوز:

محور	عنوان	شاخص اندازه گیری	روش ارزیابی	توضیحات						
				امتیاز	ضریب	۲	۱	۰		
مجوز	کارشناس شناوی شناسی دارای بروانه معتبر مشغول به فعالیت می باشد.		مشاهده	۴						بروانه دفتر کار معتبر کارشناس شناوی شناسی
نیروی انسانی	افراد فاقد صلاحیت در دفتر کار فعالیت نمی نمایند.		مشاهده	۳						فعالیت افراد بدون داشتن مدرک مرتبط در خصوص شناوی شناسی
آموزش، اطلاع رسانی	اندازه ، تعداد و عنوانین تابلو استاندارد می باشد.		مشاهده	۲						اندازه تابلو حداقل ۵۰*۷۰ با ذکر نام و نام خانوادگی شناوی شناسی
فضای فیزیکی	فضای فیزیکی مطابق با استاندارد است.		مشاهده و بررسی	۱						همسان بودن عنوانین تابلو و سرنسخه و کارت ویزیت
پیشگیری و بهداشت	وضعیت نور، تهویه و سیستمهای برودتی/حرارتی و نظافت دفتر کار، مناسب می باشد		مشاهده	۲						وجود روشنی وجود سرویس بهداشتی - کف و دیوار ها قابل شستشو - حداقل ۳۰ متر مربع شامل : اتاق ارزیابی مناسب - سالن انتظار
تجهیزات	تجهیزات اتاق معاینه کامل است .		مشاهده	۲						وجود نور کافی و تهییه مطلوب در دفتر کار - وجود سیستم سرمایش و گرمایش مناسب وجود یک کپسول آتش نشانی ۴ کیلوگرمی با شارژ معتبر به ازاء هر ۵۰ متر مربع
رعایت حقوق گیرندگان خدمت	پروانه دفتر کار معتبر در معرض دید نصب می باشد		مشاهده	۳						اتاق اکوستیک با ابعاد ۱/۵*۱/۵*۰/۵ متردارای چراغ، هواکش، کاشی اکوستیک، موکت در کف اتاق، تل و پریاتور و دکمه یا شاسی پاسخ بیمار ، دستگاه ادیومتر ، دستگاه امپدانس و کاف مریوطه ، اتوسکوپ با اسپکولومهای مختلف، مجموعه دیپازون با فرانکس حداقل ۰.۵ هرتز ، تهمانوگرام وجود گالی پات در دیار، رسیور و پنس وجود مواد ضد عفونی کننده مناسب، دفتر ثبت بیماران روزانه یا ثبت کامپیوتری ، برگه ادیوگرام مناسب - دستگاه Hi-pro ( مطابق آخرین آیین نامه ابلاغی )
تعوف	تعوفه های مصوب در معرض دید بیماران نصب است		مشاهده	۲						مشاهده نصب پروانه در معرض دید مراجعین
	حفظ حریم خصوصی بیمار و محرومگان رعایت می شود.		مشاهده	۲						عدم مشاوره و درمان هم زمان مراجعین
	اقدامات غیرمجاز در دفتر کار انجام نمی شود.		مشاهده	۲						دخل و تصرف در نسخه و یا دستور پزشک معالج - تجویز دارو - درخواست رادیوگرافی و آزمایشات پاراکلینیکی و انجام شستشوی گوش
	تبليغات غیر مجاز و یا گمراه کننده وجود ندارد.		مشاهده	۲						انجام تبلیغات با اخذ مجوز لازم از سازمان نظام پزشکی - عدم وجود تبلیغات غیرمجاز و گمراه کننده - الزام تهییه سمعک از برنده خاص بدون احترام به حق بیمار
	تعوفه های مصوب در معرض دید بیماران نصب است		مشاهده	۱						روئیت نصب تعوفه ها در معرض دید مراجعین
	تعوفه های مصوب ابلاغی ، رعایت می گردد.		مشاهده و بررسی	۲						بررسی مستندات(فاتور پذیرش و...)

<p>اشکالات مشاهده شده :</p> <p>پیشنهادات اصلاحی و مداخلات قبل اجرا :</p> <p>ضمن دریافت یک رونوشت از گزارش متعهد می شوم ظرف مدت ..... نواقص تذکر داده شده طبق مفاد چک لیست فوق را برطرف نموده و گزارش اقدامات اصلاحی را بصورت مکتوب به معاونت درمان دانشگاه ناظر تحويل دهم .</p>	<b>نظریه کارشناس</b>
<p>امضا و مهر</p>	<p>نام و نام خانوادگی بازدید شونده :</p>
<p>امضا (ها)</p>	<p>نام و نام خانوادگی کارشناسان بازدید کننده :</p>